Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Olsztyn, 12 maja 2017 r.

dotyczy: zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia pn. materiały do budowy prototypu laboratoryjnego (m.in. materiały do budowy sterownika, elementów konstrukcyjnych, pompy do wody)

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi", dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie szacunkowej oferty na zakup materiałów do budowy prototypu laboratoryjnego (m.in. materiały do budowy sterownika, elementów konstrukcyjnych, pompy do wody)

Z poważaniem/ *Yours sincerely*

Andrzej Wiktorowicz
Wiceprezes Zarządu
Dramiński S.A.

Załączniki:

- zapytanie ofertowe
- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty)

Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Przedmiot zapytania dotyczy:

Przedsiębiorstwo Dramiński S.A. realizuje projekt pt. „Opracowanie prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi" dofinansowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
W związku z powyższym konieczny jest zakup materiałów do budowy prototypu laboratoryjnego (m.in. materiały do budowy sterownika, elementów konstrukcyjnych, pompy do wody)

II. Zamawiający:

Dramiński S.A., ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn
Tel.: +48 89 527 11 30 w.3
Fax: +48 89 527 84 44
NIP: 739 385 57 06, REGON 281418440
Strona internetowa: www.draminski.pl
Poczta elektroniczna: biuro@draminski.com; a.wiktorowicz@draminski.com

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest zakup materiałów do budowy prototypu laboratoryjnego (m.in. materiały do budowy sterownika, elementów konstrukcyjnych, pompy do wody) zgodnie z poniższą specyfikacją:

1 Rama metalowa – wg projektu Zamawiającego:

trzy częściowa rama z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x40x2 malowana podkładem epoksydowym w kolorze szarym
część 1 - 600x700x870mm
część 2 - 1010x750x620mm
część 3 - 930x750x620mm

2 Część spoczynkowa pacjentki - wg projektu Zamawiającego:

dwu częściowe łoże - płyta OSB 18mm tapicerowana gąbką 20mm i skórą ekologiczną w kolorze błękitnym
część 1 - 970x850mm
część 2 - 385x850mm

3. Obudowa - wg projektu Zamawiającego:

obudowa - PCV spienione białe 3mm 5m2, wycinana CNC wg pliku dxf

4. System przygotowania wody:

płyta indukcyjna 3500W
pole grzewcze fi26cm
włącznik i regulacja - potencjometr obrotowy
wymiary 327x387x100(H)cm

obudowa ze stali nierdzewnej

zbiornik wody ze stali nierdzewnej, 30l (fi 280x530mm), kompatybilny z systemem indukcyjnym, izolowany termicznie pianką PE

5. Laseta 6U do elektroniki: wg projektu Zamawiającego

kaseta w rozmiarze 6U (500x230x250(H), materiał blacha nierdzewna 1,5mm wycinana laserem wg pliku dxf, PCV 10mm frezowane CNC wg pliku dxf

6. System dystrybucji wody:
pompa wirnikowa, wydajność min 20l/min zasilanie 24VDC, króćce we/wy 1/2" - 3szt
zawór elektromagnetyczny 24VDC, króćce we/wy 1/2" – 4szt

rurka poliuretanowa niebieska fi12 do systemu wtykowego - 10mb;
złączki kolanka trójniki 1/2" do systemu wtykowego fi12 z uszczelnieniem NBR
czujniki poziomu cieczy 3szt. (w załączniku dodatkowo rys) opis:

typ czujnika - poziomu cieczy
właściwości czujnika - czujnik do pionowego montażu
temperatura pracy -30...85°C
przyłącze - przewód 0,3m
konfiguracja wyjścia - SPST
prąd pracy max. - 500mA
moc przełączana - 10W
napięcie pracy maks. - 200V DC



7. Zbiornik pomiarowy 370x350x270(H):
ściany boczne - poliwęglan 10mm, frezowany CNC wg pliku dxf
dno zbiornika (526x380) - płyta aluminiowa anodowana 10mm, frezowana CNC wg pliku dxf

Szacunkowy czas realizacji: 1-2 miesięcy

IV. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Mariusz Dąbrowski +48 89 527 11 30; fax: +48 89 527 84 44, e-mail: md@draminski.com

V. Ofertę cenową należy złożyć do 19 maja 2017 r. w następującej formie:

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu do siedziby Zamawiającego, adres: Dramiński S.A., ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn w formie papierowej lub w formie elektronicznej na adres: a.wiktorowicz@draminski.com lub biuro@draminski.com

VI. Uwagi końcowe:

Niniejsze zapytanie służy do oszacowania wartości zamówienia.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Dopuszcza się złożenie oferty w innej walucie (np. EUR, USD) wówczas do ustalenia wartości przyjęty zostanie kurs sprzedaży danej waluty NBP (Narodowego Banku Polskiego) z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2017 r. dotyczące zakupu materiałów do budowy prototypu laboratoryjnego (m.in. materiały do budowy sterownika, elementów konstrukcyjnych, pompy do wody) na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi", dofinansowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, które jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach I Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 poniżej przedstawiamy szacunkową ofertę:

L.p.	**Przedmiot zamówienia**	**Cena netto w PLN/EUR/USD**	**Podatek VAT w PLN/EUR/USD**	**Cena brutto w PLN/EUR/USD**	**Termin dostawy (x tygodni od potwierdzenia zamówienia)**
1.	Rama metalowa	.....	.....	.....	.....
2.	Część spoczynkowa pacjentki	.....	.....	.....	.....
3.	Obudowa	.....	.....	.....	.....
4.	System przygotowania wody	.....	.....	.....	.....
5.	Kaseta 6U do elektroniki	.....	.....	.....	.....
6.	System dystrybucji wody	.....	.....	.....	.....

Inne informacje Wykonawcy: .....

.....

Podpis Wykonawcy